



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Κουστουλίδου Ελπίδα

ΤΗΛ.: 2521350228

E-mail: [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

URL: [www.dramahospital.gr](http://www.dramahospital.gr)

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 02.05.2023

Αρ.Πρωτ.: 7729

ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11<sup>η</sup>/2023

**«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DRAEGER HELLAS A.E.» ΓΙΑ ΤΗΝ  
11<sup>η</sup> /2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  
ΥΠΟΕΡΓΑ 2,6,7,8, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 413.900,00€ - ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 189878».**

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με το Αίτημα Διευκρίνησης της εταιρείας **«DRAEGER HELLAS A.E.»** για την 11<sup>η</sup>/2023 Διακήρυξη Α.Π. 1113/2804023 / 28.04.2023 (Α.Π. Γ.Ν. Δράμας: 7648/28.04.2023) σας ενημερώνουμε ότι:

Για το είδος **α/α 1. Αναισθησιολογικό Μηχάνημα** (Συστημικός: 189878) στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης σελίδα 90 στην προδιαγραφή 8 αναγράφει «...Να διαθέτει σύστημα εξαέρωσης πτητικού αναισθητικού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: ..... ε. Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση ένας ηλεκτρονικός εξαερωτήρας σεβοφλουρανίου για κάθε αναισθησιολογικό μηχάνημα...».

Η Επιτροπή εκ παραδρομής δεν συμπεριέλαβε την διατύπωση «...**υβριδικό** σύστημα εξαέρωσης πτητικού με μηχανικό εξαερωτήρα και ηλεκτρονική επικοινωνία....» όπως ορίζεται με την Απόφαση της ΑΕΠΠ 121/2021.

**Συνεπώς η ορθή Τεχνική Προδιαγραφή τίθεται ως εξής:**

«.....ε. Να περιλαμβάνεται στη βασική σύνθεση ένας ηλεκτρονικός εξαερωτήρας ή **υβριδικό** σύστημα εξαέρωσης πτητικού με μηχανικό εξαερωτήρα και ηλεκτρονική επικοινωνία σεβοφλουρανίου για κάθε αναισθησιολογικό μηχάνημα...»

**Τα παραπάνω ισχύουν, επί ποινή απόρριψης, απαρέγκλιτα για όλους τους συμμετέχοντες.**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

1.Ανέστης Χατζηγεωργιάδης, Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής

2.Ανδρέας Φαϊτατζίδης, Προϊστάμενος ΒΙΤ

**ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ**

3.Γεώργιος Δασκάλου, ΤΕ Ραδιολόγων Ακτινολόγων