



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Μπέλα Αναστασία

ΤΗΛ.: 2521350228

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 11.09.2026

Αρ. Πρωτ.: 17699

ΠΡΟΣ

ΡONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9^η/2026

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9^η/2026 (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 518023) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β.ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 6052413, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.124.610,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.».

Σας διαβιβάζουμε τις διευκρινίσεις, του Φορέα, σχετικά με το αίτημα με αρ. πρωτ. 17699/09.09.2026 της Εταιρείας «ΡONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.».

Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9^η/2026 (ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 518023) ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ»**, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β.ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ»**, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 6052413, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.124.610,00€ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

Αναφορικά με το Αίτημα παροχής Διευκρινήσεων της εταιρείας **«RONTIS HELLAS A.E.B.E.»** για το είδος **«α/α 20) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»** (Αρ.Πρωτ. Γ.Ν. Δράμας: 17699 / 09.09.2026) σας ενημερώνουμε ότι:

Σε απάντηση του υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρίνησης αναφορικά με το είδος **«α/α 20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»**, και ειδικότερα ως προς την απαίτηση της τεχνικής προδιαγραφής:

«1.Να διατίθεται κεφαλή κάμερας 4Κ με δυνατότητα χρήσης ICG, συμβατή με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Νοσοκομείου οίκου KARL STORZ (τύπος-μοντέλου TC304)»,

διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη απαίτηση τέθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργική αξιοποίηση και διασύνδεση του υπό προμήθεια εξοπλισμού με τον ήδη διαθέσιμο εξοπλισμό του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις πραγματικές επιχειρησιακές και λειτουργικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Η απαίτηση συμβατότητας δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της συμμετοχής συγκεκριμένων οικονομικών φορέων ούτε στην προτίμηση συγκεκριμένου κατασκευαστή, αλλά συνδέεται αποκλειστικά με την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργικής συμβατότητας και της απρόσκοπτης χρήσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.

Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή εμμένει στην εν λόγω τεχνική απαίτηση, όπως αυτή περιλαμβάνεται στη διακήρυξη.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η αναφορά στον υφιστάμενο εξοπλισμό και στο συγκεκριμένο μοντέλο αφορά την απαίτηση συμβατότητας και όχι την υποχρέωση προσφοράς προϊόντος συγκεκριμένου κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη λύση αποδεδειγμένα πληροί την απαιτούμενη λειτουργική συμβατότητα και το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.

Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η προσφορά συγκεκριμένου εμπορικού προϊόντος ή συγκεκριμένου κατασκευαστή, αλλά η κάλυψη της τεθείσας τεχνικής απαίτησης περί συμβατότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.

Τα παραπάνω ισχύουν απαρέγκλιτα για όλους τους συμμετέχοντες, και οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ