



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΤΗΛ.: 2521350228

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 30.09.2026

Αρ.Πρωτ.: 19173

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι **Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας ειδών εξοπλισμού που προβλέπονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση λειτουργίας Δομής Κατ' Οίκον Νοσηλείας Γ.Ν. Δράμας»** για τη Διενέργεια Διεθνή Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια Επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των Οικονομικών Φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της Ανακοίνωσης Διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επίσης, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να αποστείλουν τα ήδη καταχωρημένα σχόλια τους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο email της υπηρεσίας grafeio.promithion@dramahospital.gr (με τίτλο Προμήθεια ειδών εξοπλισμού της Πράξης «Ενίσχυση λειτουργίας Δομής Κατ' Οίκον Νοσηλείας Γ.Ν. Δράμας», υπόψιν του Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου, καθώς και εντύπως στη διεύθυνση του Γ.Ν. Δράμας.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία διαβούλευσης των προδιαγραφών θα πρέπει να αποστείλουν και μη δεσμευτικές προσφορές εντός προϋπολογισμού στο email biomedical@dramahospital.gr. Η κάθε προσφορά πρέπει να είναι μεμονωμένη και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αιτιολόγηση των σχολίων τους. Οι προσφορές θα υποβληθούν στον αρμόδιο φορέα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έγκριση της σκοπιμότητας του κάθε είδους και την απώτερη ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση. Οι αναγραφόμενοι προϋπολογισμοί είναι συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης της. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο: ΕΣΗΔΗΣ ► ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ► ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Δράμας (www.dramahospital.gr) ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ► ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

**Δράμα 14/09/2026
Αριθ. Πρωτ.: 17936**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Προμήθειας ειδών εξοπλισμού που προβλέπονται στο πλαίσιο της Πράξης
«Ενίσχυση λειτουργίας Δομής Κατ' Οίκον Νοσηλείας Γ.Ν. Δράμας»

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ SUV	1	τεμ	49.000,00 €
2	ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	1	τεμ	3.000,00 €
3	ΤΣΑΝΤΕΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ	12	τεμ.	2.800,00 €
4	ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	1	τεμ.	9.920,00 €
5	ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ	2	τεμ.	1.400,00 €
6	ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ	1	τεμ.	1.400,00 €
7	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ	1	τεμ.	1.750,00 €
8	ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΗΠΕΡΗΧΟ	1	τεμ.	3.800,00 €
9	ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	1	τεμ.	20.750,00 €
10	ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	2	τεμ.	600,00 €
11	ΜΠΟΤΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	1	τεμ.	550,00 €
12	ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΑΣΑΖ	1	τεμ.	350,00 €
13	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ	1	τεμ.	2.500,00 €
14	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	51	τεμ.	1.000,00 €
15	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ τεμ. 5 • ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ τεμ. 3 • ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ τεμ. 5 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α τεμ. 2 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Β τεμ. 1 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τεμ. 1 • ΒΑΣΗ Η/Υ τεμ. 5 • ΥΠΟΠΟΔΙΟ τεμ. 5 • ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ τεμ. 5 • ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ τεμ. 10	1	σύνολο	8.400,00 €

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
16	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ • Η/Υ DESKTOP τεμ. 3 • ΟΘΟΝΗ Η/Υ τεμ. 3 • TABLET τεμ. 3 • ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ τεμ. 1 • ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER τεμ. 1	1	σύνολο	5.500,00 €
17	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	1	σύστημα	12.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2				125.120,00 €

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών παρατίθενται αναλυτικά κατωτέρω.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ SUV

- Οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι:
 - Πλάτος χωρίς καθρέπτες $\leq 1850\text{mm}$.
 - Ύψος $\leq 1620\text{mm}$.
 - Μήκος $\leq 4500\text{mm}$.
- Η απόσταση οχήματος από το έδαφος να είναι $\geq 1600\text{mm}$
- Να διαθέτει επιδόσεις:
 - Μέγιστη ταχύτητα $\geq 170\text{km/h}$
 - Ροπή $\geq 250\text{Nm}$.
 - Ισχύς $\geq 200\text{hp}$.
- Να διαθέτει καταναλώσεις:
 - Κύκλος πόλης $\leq 11\text{kWh}/100\text{km}$.
 - WLTP $\leq 14,5\text{kWh}/100\text{km}$.
- Να διαθέτει αυτονομία:
 - Κύκλος πόλης $\geq 650\text{km}$.
 - WLTP $\geq 500\text{km}$.
- Να διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα $\geq 65\text{kWh}$.
- Το βάρος του να είναι $\leq 1950\text{kg}$ κενό.
- Ο θόρυβος στην καμπίνα σε πορεία να είναι $\leq 66\text{db}$.
- Να διαθέτει 5 θέσεις.
- Να διαθέτει χώρο αποσκευών $\geq 460\text{lit}$.
- Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών.
- Να διαθέτει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
- Να διαθέτει ζάντες ελαφρού κράματος 17".

14. Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα πληροφοριών και ψυχαγωγίας με φωνητικές εντολές καθώς και apple car play & android auto.
15. Να διαθέτει αυτόματο κλιματισμό.
16. Να διαθέτει σύστημα κλειδώματος με κεντρικό κλείδωμα
17. Να διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω
18. Να διαθέτει υποβραχιόνιο οδηγού.
19. Να διαθέτει ηλεκτρικούς θερμαινόμενους αναδιπλούμενους καθρέπτες.
20. Να διαθέτει αισθητήρα βροχής.
21. Να διαθέτει φωτιστικά led και φώτα ημέρας με αυτόματη ενεργοποίηση.
22. Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης:
 - a. Αερόσακους οδηγού, συνοδηγού, πλευρικούς και κεφαλής.
 - b. Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλες τις θέσεις.
 - c. Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με αναγνώριση οχημάτων, πεζών και ποδηλατών.
 - d. Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης.
 - e. Σύστημα ελέγχου ευστάθειας.
 - f. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών.
 - g. Σύστημα εγκατάλειψης λωρίδας κυκλοφορίας με αυτόματη διόρθωση.
 - h. Σύστημα ελέγχου ταχύτητας με επιλογή απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και λειτουργία πέδησης.
 - i. Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος μέσω αισθητήρων και κάμερας οπισθοπορείας.
 - j. Σύστημα ένδειξης πίεσης ελαστικών και kit επιδιόρθωσης ελαστικού.
 - k. Ακουστική προστασία για πεζούς.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Να είναι κατάλληλος για φόρτιση ηλεκτρικών & plug-in υβριδικών οχημάτων.
2. Να είναι κατάλληλος για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
3. Να είναι κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση σε τοίχο ή κολόνα.
4. Να διαθέτει δυνατότητα για σύνδεση σε τριφασικό ή μονοφασικό δίκτυο.
5. Να είναι κατάλληλος για μονοφασική σύνδεση 220-240 V αλλά και τριφασική 380-415 V, με ένταση 32 A, και συχνότητα 50-60 Hz,
6. Το ονομαστικό ρεύμα φόρτισης να μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο μέσω εσωτερικού διακόπτη από 0 A, 6 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 24 A, 32 A. Η στάνταρ τιμή του ρεύματος φόρτισης να είναι τα 6 A.
7. Να διαθέτει οπτική ένδειξη φόρτισης.

8. Να διαθέτει μήκος καλωδίου φόρτισης 5m.
9. Η ελάχιστη διατομή καλωδίου σύνδεσης πρέπει να είναι $3 \times 8,4 \text{ mm}^2$ προσαυξημένο με τις απώλειες λόγω απόστασης 30 μέτρων.
10. Να διαθέτει προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας Κατηγορία II
11. Να διαθέτει προστασία έναντι διείσδυσης περιβλήματος IP65
12. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου (Π x Υ x Β) 270x370x185 mm.
13. Να διαθέτει Ηλεκτρική προστασία από υπερβολικό ρεύμα, βραχυκύκλωμα, υπέρταση, υπόταση, σφάλμα γείωσης, υπερθέρμανση.
14. Η Θερμοκρασία λειτουργίας του να είναι από -40°C έως $+50^\circ\text{C}$
15. Μετά από διακοπή ρεύματος να υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ 5 και 100 δευτερολέπτων πριν από την επανεκκίνηση της διαδικασίας φόρτισης.
16. Ο σταθμός φόρτισης θα πρέπει να συνδεθεί μέσω ξεχωριστού ηλεκτρολογικού πίνακα τροφοδοσία που να περιλαμβάνει: γενικό διακόπτη, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελε διαρροής ρεύματος καθώς και ότι άλλο απαιτεί ο κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων .
17. Ο σταθμός φόρτισης από τον ηλεκτρολογικό πίνακα μέχρι το σημείο τοποθέτησης του θα συνδεθεί μέσω αγωγό καλωδίου μήκους 35 μέτρων διατομής ικανής να υπερκαλύψει της ανάγκες του σταθμού φόρτισης καθώς και την πτώση τάσης λόγω απόστασης.
18. Η εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης και η παράδοση του σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία θα γίνει από τον ανάδοχο σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας. Όλα τα υλικά καθώς και όλες οι υπηρεσίες εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΤΣΑΝΤΑ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΣ 1

1. Να είναι κόκκινου χρώματος αδιάβροχη
2. Να διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες που φωσφορίζουν για αυξημένη ορατότητα
3. Να διαθέτει εσωτερικό πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες του χρήστη, χάρη στις αποσπώμενα με βέλκρο διαχωριστικά
4. Να διαθέτει ελαστικούς ιμάντες στο εσωτερικό του σάκου που εξασφαλίζουν ότι τα υλικά είναι καλά στερεωμένα στην θήκη τους
5. Να διαθέτει 2 μεσαίες εξωτερικές τσέπες
6. Να διαθέτει 2 μεγάλες εξωτερικές τσέπες με μεγάλους ελαστικούς ιμάντες
7. Να διαθέτει 5 αποσπώμενα τσαντάκια σε 5 χρώματα
8. Να διαθέτει ισοθερμική θήκη για αμπούλες- φύσιγγα με ελαστικούς ιμάντες
9. Να διαθέτει ιμάντα ώμου και λαβές γύρω από την όλη τσάντα για εύκολη μεταφορά

10. Να διαθέτει χώρο αποθήκευσης φιάλης οξυγόνου
11. Να διαθέτει δαχτυλίδι για αερομεταφορά
12. Να διαθέτει επιφάνεια χαρτιού A4 με κλίπ
13. Να διαθέτει κρυμμένο πίσω ιμάντες και ζώνη μέσης
14. Να έχει διαστάσεις: 62cm x 32cm x 39cm
15. Να έχει βάρος 3,70 Kg
16. Το μέγιστο συνιστώμενο βάρος ≥ 15 kg

ΤΣΑΝΤΑ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΣ 2

1. Να είναι κόκκινου χρώματος αδιάβροχη
2. Να διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες που φωσφορίζουν για αυξημένη ορατότητα
3. Να διαθέτει εσωτερικό πλήρως προσαρμόσιμο στις ανάγκες του χρήστη, χάρη στα αποσπώμενα με βέλκρο διαχωριστικά
4. Να διαθέτει ελαστικούς ιμάντες στο εσωτερικό του σάκου που εξασφαλίζουν ότι τα υλικά είναι καλά στερεωμένα στην θήκη τους
5. Να διαθέτει 2 μεσαίες εξωτερικές τσέπες
6. Να διαθέτει 2 μεγάλες εξωτερικές τσέπες με μεγάλους ελαστικούς ιμάντες
7. Να διαθέτει 5 αποσπώμενες τσαντάκια σε 5 χρώματα ανάλογα με το είδος του περιστατικού
8. Να διαθέτει ισοθερμική θήκη για αμπούλες- φύσιγγα με ελαστικούς ιμάντες
9. Να διαθέτει δοχείο απόρριψης υγειονομικού και βιολογικού υλικού
10. Να διαθέτει παγοκύστη με τζελ πολλαπλών χρήσεων
11. Να διαθέτει ιμάντα ώμου, ιμάντες πλάτης και λαβές γύρω από την όλη τσάντα για εύκολη μεταφορά
12. Να διαθέτει χώρο αποθήκευσης φιάλης οξυγόνου
13. Να διαθέτει θέση για ασκό αναζωογόνησης (AMBU)
14. Να διαθέτει δαχτυλίδι ανοξείδωτο για αερομεταφορά
15. Να διαθέτει επιφάνεια - πίνακας για χαρτιά A4 με κλίπ
16. Να διαθέτει κρυφή θήκη για τους πίσω ιμάντες πλάτης και την ζώνη μέσης
17. Να είναι κατασκευασμένη από 1000D Polyester, Tarpaulin
18. Να έχει διαστάσεις: 61cm x 29.5cm x 35cm
19. Να έχει όγκο 62.98 lit
20. Να έχει βάρος 4,2 kg
21. Το μέγιστο συνιστώμενο βάρος ≥ 15 kg

ΤΣΑΝΤΑ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΣ 3

1. Να είναι κόκκινου χρώματος αδιάβροχη
2. Να έχει βάρος περίπου 4,2 kg
3. Να έχει διαστάσεις περίπου 35 × 61 × 29,5 cm

4. Να είναι κατασκευασμένη από 1000D πολυεστέρ
5. Να είναι κόκκινου χρώματος αδιάβροχη
6. Να έχει χωρητικότητα περίπου 64 λίτρα
7. Να διαθέτει προσαρμογέα USB για τροφοδοτικό
8. Να διαθέτει αποσπώμενους ιμάντες σακιδίων
9. Να διαθέτει ανακλαστικές ζώνες υψηλής ορατότητας τη νύχτα / μέρα
10. Να διαθέτει δύο εξωτερικές τσέπες πολλαπλών χρήσεων υψηλής χωρητικότητας με ελαστικές ταινίες και διαφανές μπροστινό μέρος

ΤΣΑΝΤΑ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΥΠΟΣ 4

1. Να είναι κόκκινου χρώματος αδιάβροχη
2. Να έχει βάρος περίπου 1.79 kg
3. Να έχει διαστάσεις 59 × 34 × 23 cm
4. Να έχει χωρητικότητα 25,6 λίτρα
5. Να είναι κατασκευασμένη από 600D POLYESTER
6. Να διαθέτει 4 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ, δύο σε κάθε πλευρά

ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Να είναι προστατευμένο από παράσιτα διαθερμίας και απινίδωσης.
2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
3. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς.
4. Να διαθέτει μνήμη για την καταγραφή όλων των συμβάντων.
5. Να είναι Φορητό μικρού βάρους μικρότερου των 2 kg,
6. Να διαθέτει με οθόνη αφής τουλάχιστον 6 ιντσών 3 κυματομορφών τουλάχιστον και μπαταρία τουλάχιστον 3 ωρών για τη λήψη και παρακολούθηση των κάτωθι ζωτικών παραμέτρων (παρακλινίως και κατά την μεταφορά):
 - a. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG).
 - b. Δύο (2) αιματηρές πιέσεις (IBP).
 - c. Αναίμακτη πίεση (NIBP).
 - d. Θερμοκρασίας (T).
 - e. Παλμική Οξυμετρία (SpO₂).
7. Να συνοδεύεται από:
 - a. Καλώδιο ΗΚΓ 5-πολικό.
 - b. Καλώδιο ΗΚΓ 3-πολικό.
 - c. Τέσσερις περιχειρίδες μεγεθών Small, Medium, Large, XLarge.
 - d. Αισθητήρα οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων
 - e. Αισθητήρα οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων βρεφικός παιδικός
 - f. Αισθητήρες θερμοκρασίας δέρματος ή οισοφάγου/ορθού.

- g. Όλα τα καλώδια για την σύνδεση των βαθμίδων με τους καθετήρες για την μέτρηση των φαινομένων καθώς και ότι είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πλην αναλωσίμων.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)

1. Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής ηλεκτροδίου ΗΚΓ.
2. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης βηματοδότη.
3. Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών καθώς και ανάλυσης του ST διαστήματος.
4. Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής της αναπνοής και να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της συχνότητας των αναπνοών.

Αιματηρές πιέσεις (IBP)

1. Να μετράει και να απεικονίζει ταυτόχρονα δύο (2) αιματηρές πιέσεις.
2. Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης, καθώς και οι κυματομορφές των πιέσεων.

Αναίμακτη πίεση (NIBP)

1. Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
2. Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για κάθε μία από αυτές.

Θερμοκρασία (T)

1. Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας.

Παλμική οξυμετρία (SpO₂)

1. Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) πολλαπλών χρήσεων.
2. Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσμό % οξυγόνου και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη SpO₂.

Βάθος αναισθησίας (BIS ή ENTROPY)

1. Να μετρά και να απεικονίζει το βάθος αναισθησίας.

Νευροδιέγερση - μυοχαλαση

1. Να μετρά και να απεικονίζει την μυοχαλαση

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001

ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ

1. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
2. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους $\leq 300\text{gr}$ (με τις μπαταρίες).
3. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη TFT 2.4'' τουλάχιστον, για την απεικόνιση των παραμέτρων SpO_2 , Παλμικού Ρυθμού (PR) της πληθυσμογραφικής καμπύλης, των μενού, ρυθμίσεων, συναγερμών, λειτουργικών πληροφοριών και δεδομένων ασθενούς (trends).
4. Να διαθέτει λειτουργίες τόσο συνεχούς παρακολούθησης όσο και μεμονωμένων μετρήσεων.
5. Να διαθέτει αυτόματη ενεργοποίηση αναμονής και τερματισμού λειτουργίας.
6. Να διαθέτει πλήκτρο πλοήγησης και πλήκτρα άμεσης πρόσβασης λειτουργιών.
7. Να διαθέτει ρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους τριών επιπέδων επικινδυνότητας, με κεντρική οπτική ειδοποίηση, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και φόρτισης.
8. Να έχει ενσωματωμένη μνήμη με δεδομένα ασθενών (trends) σε μορφή πίνακα, για 4.000 μετρήσεις έως 99 ασθενείς και σε συνεχή παρακολούθηση έως 96 ώρες χρήσης.
9. Τα δεδομένα ασθενούς να μπορούν να μεταφερθούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.
10. Να διαθέτει θύρα υπερύθρων για μεταφορά δεδομένων.
11. Να συνοδεύεται από αισθητήρα παλμικής οξυμετρίας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων με καλώδιο.
12. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για αυτονομία τουλάχιστον 24 ωρών (να περιλαμβάνεται).
13. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας με απλές αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου για αυτονομία τουλάχιστον 36 ωρών.
14. Να διαθέτει επιτραπέζια βάση για τοποθέτηση της συσκευής κατά τη φόρτιση (να περιλαμβάνεται).
15. Να φέρει λουράκι συγκράτησης για εύκολο πιάσιμο.
16. Να συνοδεύεται από ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα.

ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

1. Να είναι φορητό, κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών (ενήλικες, παιδιά, νεογνά).
2. Να διαθέτει ενισχυτή για μέτρηση αρτηριακής πίεσης μη επεμβατικά (NIBP) μέσω περιχειρίδας μονού αυλού, μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης (SpO_2) μέσω αισθητήρα δακτύλου, μέτρηση παλμικού ρυθμού (PR).
3. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5.5'' με μεγάλα πεδία απεικόνισης των αριθμητικών τιμών της συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και του κορεσμού αιμοσφαιρίνης.

4. Να απεικονίζει στην οθόνη την κατηγορία του ασθενή, ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, την ώρα καθώς και τον δείκτη περιφερικής αιμάτωσης PI για την εκτίμηση της αξιοπιστίας μέτρησης του κορεσμού.
5. Να διαθέτει προστασία από υπερπίεση κατά το φούσκωμα της περιχειρίδας.
6. Να διαθέτει πλήκτρα στην πρόσοψη για την άμεση λειτουργία του όπως: έναρξη της μέτρησης NIBP, την επιλογή της κατηγορίας του ασθενούς και τον καθαρισμό (reset) της προηγούμενης μέτρησης κλπ.
7. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz με απευθείας σύνδεση σε επιτοίχια παροχή χωρίς τη μεσολάβηση εξωτερικής συσκευής.
8. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) για αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 11 ωρών.
9. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους κάτω από 2kg περιλαμβανομένης της μπαταρίας.
10. Να μπορεί να δεχθεί κατ' επιλογή ενισχυτή για μέτρηση θερμοκρασίας.
11. Να διαθέτει εργονομική στιβαρή χειρολαβή για μεταφορά του.
12. Να παραδοθεί με αισθητήρα SpO_2 πολλαπλών χρήσεων τύπου μανταλάκι και δύο (2) περιχειρίδες (ενηλίκων και παιδών) πολλαπλών χρήσεων.

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ

1. Να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
2. Να διαθέτει ελληνικό μενού.
3. Να διαθέτει και φυσικά πλήκτρα λειτουργιών.
4. Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220V 50Hz με ενσωματωμένο φορτιστή και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου με αυτονομία ≥ 6 ωρών.
5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μεγέθους $\geq 5''$ υψηλής ανάλυσης για την απεικόνιση δώδεκα (12) απαγωγών ταυτόχρονα.
6. Να απεικονίζει επιπλέον στην οθόνη τον αριθμό των σφίξεων, τα φίλτρα, το ID του ασθενούς, το ρολόι, την κατάσταση της μπαταρίας, την ταχύτητα, την ευαισθησία, και όλα τα προειδοποιητικά μηνύματα.
7. Να έχει δυνατότητα 3-κάναλης και 1-κάναλης καταγραφής κατ' επιλογή του χρήστη
8. Να είναι μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους κάτω από 1.5kg μαζί με τη μπαταρία.
9. Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή με μέγεθος χαρτιού 80mm.
10. Να διαθέτει ενδεδειγμένη τσάντα - βαλίτσα μεταφοράς του ιδίου οίκου για τον καρδιογράφο και όλα τα παρελκόμενα.
11. Να διαθέτει ADC 24bit και ρυθμό δειγματοληψίας ≥ 60000 samples/sec.
12. Να διαθέτει απόκριση συχνότητα δείγματος έως 500 Hertz.
13. Να υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης του ΗΚΓ στην οθόνη πριν την εκτύπωση προς αποφυγή άσκοπων εκτυπώσεων με παράσιτα.

14. Να έχει πολλαπλές ταχύτητες καταγραφής και πολλαπλές δυνατότητες επιλογής ευαισθησίας.
15. Να διαθέτει έλεγχο επαφής των ηλεκτροδίων και σε περίπτωση αποκόλλησης να εμφανίζεται στην οθόνη συγκεκριμένα ποιο ηλεκτρόδιο έχει αποκολληθεί.
16. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης ≥ 1200 HK Γραφημάτων σε μορφή PDF με δυνατότητα ανάκλησης στην οθόνη και εκτύπωσής τους.
17. Να διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς των αποθηκευμένων δεδομένων σε μορφή PDF μέσω θύρας USB σε εξωτερική μνήμη ή σε H/Y,
18. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεση με πληροφοριακά δίκτυα μέσω πρωτοκόλλου HL7, FTP & DICOM.
19. Να διαθέτει μυϊκά φίλτρα αλλά και φίλτρα δικτύου για την απόρριψη των παρασίτων.
20. Να διαθέτει αξιόπιστο πρόγραμμα διάγνωσης HK Γραφήματος.
21. Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Η μετάβαση από τη μία λειτουργία στην άλλη να γίνεται άμεσα με το πάτημα ενός πλήκτρου.
22. Ο ζητούμενος καρδιογράφος να προσφερθεί με, 10-πολικό καλώδιο ασθενούς, ηλεκτρόδια άκρων, προκάρδια ηλεκτρόδια, αγωγή κρέμα, καλώδιο τροφοδοσίας, θερμογραφικό χαρτί, τσάντα μεταφοράς, εγχειρίδιο λειτουργίας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία καθώς και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ορθή λειτουργία του.
23. Η συσκευή να συνοδεύεται με πιστοποιητικό CE MARK και ISO της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας εταιρείας σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ.
24. Τα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων να δοθούν στην Ελληνική γλώσσα και τα εγχειρίδια συντήρησης στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.

Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (03) ετών και επάρκεια ανταλλακτικών δέκα (10) ετών.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ

1. Να είναι επιτραπέζια σύγχρονης τεχνολογίας, εγκεκριμένη από διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας
2. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη touch screen για να μπορεί ο θεραπευτής να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις παραμέτρους της εκάστοτε θεραπείας.
3. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης μέσω usb
4. Να διαθέτει κενές θέσεις μνήμης για δυνατότητα καταχώρησης προγραμμάτων.
5. Να διαθέτει ελληνικό μενού
6. Να διαθέτει όλες τις μορφές ρευμάτων
7. Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα με απεικόνιση άτλαντα για την ακριβή περιοχή θεραπείας.
8. Να διαθέτει μία κεφαλή υπερήχου διαμέτρου 5cm², η οποία θα λειτουργεί με 2 συχνότητες 1&3 MHz, καθώς και σε συνεχή-παλμική εκπομπή.

9. Η κεφαλή των υπερήχων να έχει φωτεινή ένδειξη για τον έλεγχο της επαφής με τον ασθενή.
10. Να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης θεραπείας με 2^η προαιρετική κεφαλή μέσω των 2 ανεξάρτητων καναλιών υπερήχου που διαθέτει.
11. Να έχει δυνατότητα για λειτουργία με μπαταρία αντί για ρεύμα πόλεως
12. Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark

ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Η συσκευή να είναι η πλέον καινοτόμα συμπαγής λύση για θεραπεία με ραδιοσυχνότητες.
2. Να συνδυάζει την ευελιξία μεταφοράς με τη θεραπευτική δύναμη της τεχνολογίας TECAR στα 448 kHz.
3. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματική χρήση στον χώρο της φυσικοθεραπείας, της αθλητικής και της αποκατάστασης.
4. Να είναι εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής, χωρίς να υπολείπεται σε ισχύ και λειτουργίες, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά σε κατ' οίκον θεραπείες, αθλητικές διοργανώσεις ή και σε πολλαπλούς χώρους ενός πολυδύναμου ιατρικού κέντρου.
5. Να διαθέτει στιβαρή βαλίτσα μεταφοράς με εργονομική σχεδίαση, που να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητής θεραπείας.
6. Να λειτουργεί σε σταθερή συχνότητα των 448 kHz, ενεργοποιώντας τη βιοδιέγερση των κυττάρων, να αυξάνει την αγγειακή ροή και επιταχύνει τις διαδικασίες επούλωσης και αποκατάστασης. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται σε βάθος, προσφέροντας ασφαλείς και αποδοτικές θεραπείες τόσο σε επιφανειακούς όσο και σε εν τω βάθει ιστούς με θερμική ή μη θερμική δράση ανάλογα με τους θεραπευτικούς σας στόχους.
7. Να παρέχει ολοκληρωμένη θεραπευτική κάλυψη σε όλο το Μυοσκελετικό σύστημα με χωρητική αλλά και αντιστατική λειτουργία.:
 - a. Η χωρητική λειτουργία να στοχεύει κυρίως σε μαλακούς ιστούς (π.χ. δέρμα, λιπώδης ιστός, αγγεία),
 - b. Η αντιστατική λειτουργία να εστιάζει στους βαθύτερους ιστούς (όπως οι μύες, οι τένοντες και τα οστά)
8. Να είναι Ασφαλής και Επιστημονικά Τεκμηριωμένη στην θεραπεία με ραδιοσυχνότητες
9. Να διαθέτει εργονομικές λαβές, σχεδιασμένες για καλύτερο κράτημα και ευελιξία, μειώνοντας την κόπωση του θεραπευτή και ενισχύοντας την ακρίβεια της θεραπείας.
10. Να ξεκινά την θεραπεία με 3 κλικ για ταχύτητα αλλά και ευκολία στη χρήση.
11. Το βάρος της συσκευής να είναι $\leq 3,25$ κιλά με μικρές διαστάσεις που να την καθιστούν φορητή σε συνδυασμό με τον ειδικό σακίδιο πλάτης.

ΦΟΡΗΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
2. Να αποτελείτε από δύο τμήματα.

3. Να διαθέτει θήκη μεταφοράς.
4. Να είναι ελαφριά $\leq 16\text{kg}$ για την εύκολη μεταφορά.
5. Να διαθέτει διαστάσεις:
 - a. Μήκος $\geq 185\text{ cm}$
 - b. Πλάτος $\geq 70\text{ cm}$
 - c. Ύψος ρυθμιζόμενο 60 έως 75cm .
6. Να διαθέτει επιπρόσθετο προσκέφαλο.
7. Να μπορεί να δεχθεί ασθενείς βάρους $\geq 200\text{ kg}$.
8. Να διαθέτει μεταλλικό σκελετό από αλουμίνιο σταθερό και ελαφρύ.
9. Να διαθέτει επιφάνεια με επενδεδυμένη δερματίνη

ΜΠΟΤΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

1. Να είναι κατάλληλες για συμπίεση ποδιών.
2. Να είναι σχεδιασμένες για πραγματική και ολοκληρωμένη αποκατάσταση.
3. Να είναι ιδανική επιλογή για αθλητές, ασθενείς αλλά και για όσους έχουν βαριά πόδια μετά από προπόνηση, όρθια πολύωρη εργασία κλπ.
4. Να διαθέτουν λειτουργία διακεκομμένης συμπίεσης μέσω τις οποίας να δημιουργούν εναλλασσόμενη πίεση στα πόδια που βοηθά στην απομάκρυνση του γαλακτικού οξέος. αλλά και την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και την μείωση της κατακράτησης υγρών.
5. Να διαθέτουν 5 επίπεδα έντασης: από ~ 20 έως $\sim 120\text{ mmHg}$, ανάλογα με την ανάγκη χαλαρή αποκατάσταση είτε πιο εντατικής συνεδρίας.
6. Να είναι ασύρματες, με φορητό σχεδιασμό με ενσωματωμένη αντλία χωρίς εξωτερικούς σωλήνες που περιορίζουν την κίνηση.
7. Να διαθέτουν μπαταριά με αυτονομία 3 ωρών λειτουργίας.
8. Να μπορούν να φορεθούν μετά την προπόνηση, πριν από αυτήν, ή ακόμα και κατά τη διάρκεια καθιστικής εργασίας για ξεκούραστα και ανάλαφρα πόδια.,
9. Να διαθέτουν σάκο μεταφοράς.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΑΣΑΖ

1. Να παρέχει την πιο ισχυρή κρουστική θεραπεία μασάζ σε συνδυασμό με τον πιο ανθεκτικό σχεδιασμό
2. Να διαθέτει ισχυρή κρουστική θεραπεία μασάζ επιστημονικά αποδεδειγμένη για την ανακούφιση από πόνους και ενοχλήσεις, την αύξηση της ευλυγισίας και την επιτάχυνση της αποκατάστασης- την εμπιστεύονται αθλητές για τη καθημερινή τους απόδοση.
3. Να διαθέτει ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα από πλαστικό TPU και ενισχυμένες γωνιές για να αντέχει σε έντονη χρήση και τυχαίες πτώσεις έως και 3 μέτρα, καθιστώντας το ιδανικό για έντονη προπόνηση και δραστήριους τρόπους ζωής.

4. Να διαθέτει αθόρυβο, προσαρμοζόμενο κινητήρα που να διατηρεί σταθερή ταχύτητα και ισχύ υπό πίεση για να αποτρέπει το μπλοκάρισμα.
5. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία έως και 2 ώρες αδιάκοπης λειτουργίας.
6. Να λειτουργεί με ένα κουμπί και ενδείξεις LED που να διευκολύνουν την εναλλαγή μεταξύ 5 ταχυτήτων μασάζ και τη παρακολούθηση των επιπέδων πίεσης σε πραγματικό χρόνο.
7. Να διαθέτει τριγωνική λαβή με νέο, ευρύτερο άνοιγμα που εξασφαλίζει σταθερό και άνετο κράτημα, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία του σώματος όπως η πλάτη και οι ώμοι.
8. Να περιλαμβάνει 2 ευέλικτες κεφαλές για αποκατάσταση ολόκληρου του σώματος: την κεφαλή Dampener για ευαίσθητες περιοχές και τη Standard Ball για γενική αποκατάσταση σε μύες κάθε μεγέθους.
9. Να διαθέτει σύνδεση μέσω Bluetooth που να επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής μέσω εφαρμογής, όπου μπορείς να ρυθμίσεις τις παραμέτρους, να παρακολουθείς την πίεση και να ακολουθείς καθοδηγούμενα πρωτόκολλα.

Να παραδοθεί:

1. Ένα πιστόλι μασάζ
2. Μία κεφαλή Dampener,
3. Μια κεφαλή Standard Ball
4. Ένα USB-C charging cable
5. Ένας φορτιστής

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ

1. Το βάρος της συσκευής να είναι $\leq 480\text{g}$.
2. Να έχει διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) 240mm x 60mm x 60mm
3. Να λειτουργεί σε μήκη κύματος υπέρυθρου φωτός (infrared): 850 nm. και ορατού φωτός (visible): 530 nm.
5. Να διαθέτει δυνατότητα ανάμεσα σε 3 συγκεκριμένα μεγέθη προβολής πλήρες μέγεθος, μέγεθος 2/3 και μέγεθος 1/2.
6. Να διαθέτει 5 συγκεκριμένα χρώματα προβολής (cyan/κυανό, green/πράσινο, natural/φυσικό, red/κόκκινο, blue/μπλε), με προεπιλεγμένο το κυανό.
7. Να διαθέτει δύο κύριες λειτουργίες απεικόνισης:
 - a. universal mode (γενική λειτουργία για όλους τους ασθενείς).
 - b. fine detail mode (λειτουργία ενισχυμένης/υψηλής ευκρίνειας για τον εντοπισμό μικρότερων και βαθύτερων φλεβών).
8. Να διαθέτει λειτουργία αντίστροφης απεικόνισης με δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στον τονισμό των φλεβών ή του ιστού που τις περιβάλλει.
9. Να διαθέτει διαβάθμιση φωτεινότητας σε 3 επίπεδα

10. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, 3.6v, 4300mah.
11. Να διαθέτει αυτονομία μπαταρίας 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
12. Να πραγματοποιεί πλήρη φόρτιση σε 3 ώρες.
13. Να διαθέτει φορτιστή με είσοδο 100-240van, 50-60hz, 0.4a και έξοδο 5vdc, 2a.
14. Να διαθέτει δυνατότητα ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας με συνεχές ηχητικό σήμα όταν η στάθμη είναι κάτω από το 3%.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ MOSQUITO ΕΥΘΕΙΑ 12,5 cm	6
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ MOSQUITO ΚΥΡΤΗ 12,5 cm	4
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 cm	6
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΕΥΘΕΙΑ 14,5 cm	6
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 1X2 18 cm	6
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 18 cm	6
ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 13 cm	4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΑΜΒΛΥ ΚΥΡΤΟ 14,5 cm	6
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΑΜΒΛΥ ΕΥΘΥ 16,5cm	3
ΛΑΒΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΝΟΥΜΕΡΟ 4	4

1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητα.
2. Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού.
3. Να διαθέτουν άριστο φινίρισμα με ιδιαίτερη έμφαση στο εσωτερικό των σιαγόνων και στις αρθρώσεις.
4. Τα κοπτικά άκρα των ψαλιδιών να είναι αποτελεσματικά σε όλο το μήκος των σιαγόνων.
5. Τα εργαλεία να φέρουν:
 - a. Κωδικό καταλόγου.
 - b. Οίκο κατασκευής.
 - c. Επωνυμία του Νοσοκομείου
6. Να υπάρχει ακριβής συμφωνία των μεγεθών μεταξύ των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα.
7. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή.
8. Να προσφερθούν εργαλεία ενός οίκου κατασκευής ανά προσφορά.

9. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά επικυρωμένα :
 - a. ISO 13485 εργοστασίου κατασκευής.
 - b. ISO 9001 και ISO 13485 ,45001 ,27001 της προμηθεύτριας εταιρίας.
 - c. Πιστοποιητικό σχετικό με το υλικό κατασκευής των εργαλείων.
 - d. CE MARK.
10. Να δοθεί **εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για δέκα (10) έτη.**
11. Να κατατεθεί αντίστοιχη **εγγύηση για δέκα (10) έτη** από τον Προμηθευτή ή τον Κατασκευαστή.
12. Προσφορές να περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα εργαλεία.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ

1. Οι διαστάσεις του γραφείου να είναι: 160X80X72
2. Το γραφείο αποτελείται από τα εξής:
 - a. Επιφάνεια εργασίας
 - b. Πλαϊνά
 - c. Μετόπη
3. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
4. Τα πλαϊνά να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.
5. Η μετόπη να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετόπη τοποθετείται ανάμεσα στα πλαϊνά και σε εσοχή 15εκ. από το πρόσωπο του γραφείου. Το ύψος της μετώπης είναι

45εκ.

6. Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.
7. Το γραφείο είναι λυόμενο για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. Οι διαστάσεις της προέκτασης να είναι: 80X60X72
2. Η προεκταση να είναι αναρτωμενη στο γραφείο.
3. Η προέκταση αποτελείται από τα εξής:
 - a. Επιφάνεια εργασίας
 - b. Πλαϊνό
 - c. Μετόπη
4. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
5. Το πλαϊνό να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC στα εμφανή σημεία πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του και στα μη εμφανή σημεία πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Το πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.
6. Η μετόπη να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετόπη τοποθετείται ανάμεσα στο πλαϊνά και στο γραφείου πρόσωπο με το πλαϊνό του γραφείου. Το ύψος της μετόπης είναι 69εκ.
7. Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς

πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.

8. Η αναρτώμενη προέκταση είναι λυόμενη για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη
2. Οι διαστάσεις της συρταριέρας να είναι :40X57X60h
3. Η συρταριέρα να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Το πάχος της μοριοσανίδας στο καπάκι είναι 25χιλ., ενώ στα πλαϊνά, στο κάτω μέρος και στην πλάτη είναι 18χιλ. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC στο καπάκι πάχους 2χιλ. και στα υπόλοιπα μέρη πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
4. Η σύνδεση των τμημάτων της συρταριέρας γίνεται με καβίλιες και κόλλα ταχείας πήξεως.
5. Στο κάτω μέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις (4) δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από πολυαμίδιο, με ικανότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35kg ανά τροχό. Στο μπροστινό τμήμα και κάτω από το τελευταίο συρτάρι τοποθετείται μικρή μετώπη αναλόγου ύψους ώστε μαζί με την ανάλογη κρέμαση των πλαϊνών και της πλάτης, να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των τροχών.
6. Η συρταριέρα να διαθέτει τρία (3) συρτάρια και μία (1) μολυβοθήκη.
7. Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 12χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση PVC υψηλής αντοχής και αισθητικής.
8. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του συρταριού είναι 30X47X8h. και έχει αντοχή σε βάρος 30kg. Σε πλήρες άνοιγμα δύο διαδοχικών συρταριών μη πλήρες φορτίο του επάνω συρταριού, οι μετώπες των συρταριών δεν εφάπτονται. Τα συρτάρια και η μολυβοθήκη να κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος αυτών.
9. Η μετώπη των συρταριών είναι από μοριοσανίδα πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Η μετώπη φέρει χειρολαβή καλαίσθητη, εύχρηστη και ανθεκτική.
10. Η μολυβοθήκη να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Στην μολυβοθήκη προσαρμόζεται πλαστική θήκη

κατάλληλα διαμορφωμένη, με ανάλογες υποδοχές για τα διάφορα είδη γραφείου.

11. Η κίνηση των συρταριών γίνεται με μεταλλικούς οδηγούς πάχους 12χιλ. με την βοήθεια ρουλεμάν που εξασφαλίζουν αντοχή, σταθερότητα και αθόρυβη κίνηση του συρταριού. Το συρτάρι έχει δυνατότητα ανοίγματος 80% και αντέχει σε βάρος 30kg.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α

1. Η διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι :200hX80X42
2. Να αποτελείται από τα εξής:
 - a. Καπάκι
 - b. Πλαϊνά
 - c. Πλάτη
 - d. Πάτος
 - e. Μπάζα
 - f. Ράφια
 - g. Πόρτες
3. Το καπάκι να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
4. Τα πλαϊνά να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.
5. Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο πάνω μέρος της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
6. Ο πάτος να είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο μπροστινό μέρος της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.

7. Η μπάζα ύψους 6cm να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο κάτω μέρος της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
8. Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Τα ράφια είναι μετακινούμενα και στηρίζονται στα πλαϊνά των ερμαρίων μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30kg/ράφι. Το ερμάριο έχει τρία (3) ράφια μετακινούμενα και ένα (1) ράφι σταθερό στα 80cm από το έδαφος.
9. Οι πόρτες να είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Οι μεντεσέδες των φύλλων είναι ειδικά ρυθμιζόμενοι, με αντοχή σε βάρος 60kg/μεντεσέ. Εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων και επιτρέπουν γωνία στροφής τέτοια ώστε να σύρονται οι μηχανισμοί των φακέλων όταν απαιτείται η τοποθέτησή τους στα ερμάρια. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές καλαίσθητες, εύχρηστες και ανθεκτικές.
10. Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.
11. Η βιβλιοθήκη να είναι λυόμενη για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθορά τους. Η συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Β

1. Η διαστάσεις της βιβλιοθήκης να είναι :160 hX80X42
2. Η βιβλιοθήκη να αποτελείται από τα εξής:
 - a. Καπάκι
 - b. Πλαϊνά
 - c. Πλάτη
 - d. Πάτος
 - e. Μπάζα
 - f. Ράφια
 - g. Πόρτες

3. Το καπάκι να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
4. Τα πλαϊνά να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Κάθε πλαϊνό φέρει 2 ρεγουλατόρους ρυθμίσεως ύψους, προσαρμοσμένους έτσι ώστε να μην μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτη έδραση τους.
5. Η πλάτη να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο πάνω μέρος της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
6. Ο πάτος να είναι κατασκευασμένος από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο μπροστινό μέρος της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
7. Η μπάζα ύψους 6cm να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Στο κάτω μέρος της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
8. Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 0,4χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Τα ράφια είναι μετακινούμενα και στηρίζονται στα πλαϊνά των ερμαρίων μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30kg/ράφι. Το ερμάριο έχει τρία (3) ράφια μετακινούμενα και ένα (1) ράφι σταθερό στα 80cm από το έδαφος.
9. Οι πόρτες να είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται

περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα. Οι μεντεσέδες των φύλλων είναι ειδικά ρυθμιζόμενοι, με αντοχή σε βάρος 60kg/μεντεσέ. Εξασφαλίζουν το αθόρυβο άνοιγμα-κλείσιμο των φύλλων και επιτρέπουν γωνία στροφής τέτοια ώστε να σύρονται οι μηχανισμοί των φακέλων όταν απαιτείται η τοποθέτηση τους στα ερμάρια. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές καλαίσθητες, εύχρηστες και ανθεκτικές.

10. Οι συνδέσεις των επιφανειών γίνονται με καβίλιες και φυράμια που δένουν με μεταλλικούς πύρους βιδωμένους σε μεταλλικές φωλιές.
11. Η βιβλιοθήκη να είναι λυόμενη για την εύκολη μεταφορά του και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθορά τους. Η συναρμολόγηση γίνεται με τρόπο απλό, εξασφαλίζοντας όμως αντοχή και απόλυτη σταθερότητα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η τράπεζα συμβουλίου να είναι οβάλ σχήματος.
2. Οι διαστάσεις της τράπεζας συμβουλίου να είναι: 180X120X72 (M-B-Y)
3. Η Τράπεζα συμβουλίου αποτελείται από τα εξής:
 - a. Επιφάνεια εργασίας
 - b. Μεταλλικά κεντρικά πόδια-σκελετός βάση
4. Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής σε χτύπημα, θερμοκρασία, υδάτινη και χημική προσβολή. Περιμετρικά της μοριοσανίδας τοποθετείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2χιλ. με στρογγυλεμένες τις ακμές του, που θερμοσυγκολλάται με ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή του με την μοριοσανίδα.
5. Ο σκελετός βάση της τράπεζας συμβουλίου να είναι κατασκευασμένος από μεταλλικά στοιχεία βαριάς και στιβαρής κατασκευής, κατάλληλα για επαγγελματική και συνεχή χρήση.
6. Ο σκελετός βάση να διαθέτει ισχυρά μεταλλικά πόδια, σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν υψηλή σταθερότητα, αντοχή και ακαμψία σε όλη την επιφάνεια του τραπέζιου.
7. Τα πόδια θα διαθέτουν στρογγυλή, βαριά μεταλλική βάση (πέλμα), επαρκών διαστάσεων, η οποία θα εξασφαλίζει την ασφαλή έδραση του τραπέζιου στο δάπεδο και θα περιορίζει την πιθανότητα μετακίνησης ή ανατροπής κατά τη χρήση.
8. Η σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τον μεταλλικό σκελετό θα πραγματοποιείται με κατάλληλα και ανθεκτικά συνδετικά εξαρτήματα, εξασφαλίζοντας σταθερή και ασφαλή συναρμογή.
9. Η κατασκευή θα παρουσιάζει υψηλή ακαμψία και μηχανική αντοχή, χωρίς ανεπιθύμητες ταλαντώσεις ή αστάθεια κατά την καθημερινή χρήση. Ο μεταλλικός σκελετός και οι βάσεις των ποδιών θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένα για το βάρος της επιφάνειας και τα φορτία που αναπτύσσονται κατά τη χρήση του τραπέζιου.

ΒΑΣΗ Η/Υ

1. Η βάση του Η/Υ να έχει διαστάσεις: 50 × 30 × 52 cm.
2. Η βάση του Η/Υ να είναι τροχήλατη, κατάλληλη για την τοποθέτηση και ασφαλή στήριξη ηλεκτρονικού υπολογιστή γραφείου και των περιφερειακών του. Η κατασκευή θα είναι εργονομική και λειτουργική, κατάλληλη για χρήση σε γραφεία, υπηρεσίες και επαγγελματικούς χώρους.
3. Η βάση του Η/Υ να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, πάχους 18 mm, υψηλής ποιότητας και αντοχής, κατάλληλη για καθημερινή και μακροχρόνια επαγγελματική χρήση. Η μοριοσανίδα θα είναι επικαλυμμένη αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης υψηλής αντοχής, με αυξημένη αντοχή σε χτυπήματα, θερμοκρασιακές καταπονήσεις, υδάτινη και χημική προσβολή, εξασφαλίζοντας προστασία της επιφάνειας και εύκολο καθαρισμό. Περιμετρικά των επιφανειών θα τοποθετείται περιθώριο ειδικού PVC πάχους 2 mm, με κατάλληλα στρογγυλεμένες και λειασμένες ακμές. Το PVC θα εφαρμόζεται με ειδική θερμοσυγκολλητική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται ισχυρή και ομοιόμορφη πρόσφυση με τη μοριοσανίδα και προστασία των ακμών από χτυπήματα και υγρασία.
4. Η βάση του Η/Υ να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς κύλισης, οι οποίοι θα επιτρέπουν την εύκολη μετακίνηση της κατασκευής μέσα στον χώρο, διευκολύνοντας την καθαριότητα και την αναδιάταξη του εξοπλισμού.
5. Η βάση του Η/Υ να διατίθεται σε σκούρο γκρι / ανθρακί απόχρωση.

ΥΠΟΠΟΔΙΟ

1. Το υποπόδιο να είναι εργονομικού σχεδιασμού, κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους και για πολύωρη καθιστική εργασία. μαύρου χρώματος.
2. Η επάνω επιφάνεια διαθέτει ανάγλυφη αντιολισθητική διαμόρφωση, η οποία συμβάλλει στη σταθερή τοποθέτηση των πελμάτων κατά τη χρήση.
3. Η επιφάνεια διαθέτει ειδικές διαμήκεις αυλακώσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ασφαλή και σταθερή στήριξη των ποδιών.
4. Να έχει διαστάσεις η επιφάνειας περίπου 34 X 45 cm.
5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης θέσης από περίπου 5 έως 20 cm, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προϊόντος.
6. Η κεκλιμένη επιφάνεια επιτρέπει την εργονομική τοποθέτηση των ποδιών και συμβάλλει στη μείωση της καταπόνησης κατά την παρατεταμένη καθιστική εργασία.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 600mm από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ,γυαλισμένη.
2. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό(πολυαμίδιο) και φέρουν κάλυμμα επίσης από πολυαμίδιο

3. Το έμβολο αεριού για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος να ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας
4. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι μηχανισμός synco μεταλλικός κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα. να επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας κατά 11° μοίρες και του στηρίγματος της πλάτης κατά 18° μοίρες με δυνατότητα σταθεροποίησης σε 5 θέσεις ο μηχανισμός φέρει σύστημα anti panic και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση να γίνεται με μοχλό κάτω από την έδρα ρύθμισης της δύναμης. Η επαναφοράς της ανάκλισης να επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο κέντρο του μηχανισμού.
5. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένη υπό πίεση παχους 12mm. Επι της έδρας να τοποθετείται μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη υψηλής αντοχής πάχους 60mm, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία. Οι διαστάσεις της έδρας να είναι πλάτος 490 mm, βάθος 460 mm
6. Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από διαμορφωμένο και συγκολλημένη χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής. Στο πλαίσιο προσαρμόζεται δέσιμο με λάστιχο ιμάντα. Επι του οποίου τοποθετείται διογκωμένη πολυουρεθάνη με την οποία να εξασφαλίζεται μέγιστη άνεση. Η πλάτη να συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Οι διαστάσεις της πλάτης να είναι ύψος 610mm πλάτος 450 mm
7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι από ενισχυμένο πολυαμίδιο ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Το κάθισμα συνοδού να έχει διαστάσεις: 75X70X88 (M-B-Y)
2. Το κάθισμα συνοδού να είναι κατάλληλο για χρήση σε γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, συνεδριάσεων και επαγγελματικούς χώρους.
3. Το κάθισμα συνοδού να διαθέτει μεταλλικό σκελετό τεσσάρων (4) ποδιών, κατασκευασμένο από κατάλληλης αντοχής μεταλλικά στοιχεία και με επιχρωμιωμένη επιφάνεια, για προστασία και αυξημένη αντοχή στη συνήθη χρήση.
4. Η βάση να αποτελείται από τέσσερα σταθερά πόδια, κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη σταθερότητα και ακαμψία του καθίσματος κατά τη χρήση.
5. Να διαθέτει μεσαίου ύψους πλάτη, εργονομικά διαμορφωμένη ώστε να παρέχει κατάλληλη στήριξη της πλάτης και άνεση κατά την καθιστή θέση.
6. Η έδρα και η πλάτη θα διαθέτουν κατάλληλη επένδυση, με προσεγμένη κατασκευή και εφαρμογή, ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση του χρήστη και η αντοχή σε καθημερινή επαγγελματική χρήση.
7. Η έδρα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένη υπό πίεση παχους 12mm. Επι της έδρας τοποθετείται μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη

υψηλής αντοχής πάχους 60mm, το οποίο επενδύεται με ταπετσαρία. Οι διαστάσεις έδρας να είναι πλάτος 600 mm, βάθος 600 mm

8. Τα μπράτσα θα αποτελούν ενιαίο μέρος του μεταλλικού σκελετού και θα διαθέτουν επένδυση από πολυαμίδιο μαύρου χρώματος, προσφέροντας άνετη στήριξη των χεριών και προστασία κατά τη χρήση.
9. Το κάθισμα θα είναι στοιβαζόμενο, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσότερων καθισμάτων το ένα πάνω στο άλλο, διευκολύνοντας την αποθήκευση και εξοικονομώντας χώρο όταν δεν χρησιμοποιούνται.
10. Τα άκρα των ποδιών θα φέρουν πλαστικές προστατευτικές τάπες, κατάλληλες για την προστασία του δαπέδου από γρατζουνιές και φθορές και για την ασφαλή έδραση του καθίσματος.
11. Η συνολική κατασκευή θα είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει σταθερή και ασφαλή στήριξη του χρήστη, με κατάλληλη εργονομική διαμόρφωση για χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον.
12. Όλα τα επιμέρους στοιχεία θα είναι κατάλληλα συναρμολογημένα, χωρίς εμφανείς ατέλειες, αιχμηρά σημεία ή κακοτεχνίες. Η κατασκευή θα είναι κατάλληλη για συνεχή και μακροχρόνια επαγγελματική χρήση.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Τύπος Συστήματος | Small form factor |
| 2. Επεξεργαστής | ≥ Intel Core i5-14400 |
| 3. Μνήμη RAM | ≥ 16GB DDR5 4800MHz |
| 4. Μέγιστη RAM | ≥ Έως 64GB (2 DIMM slots) |
| 5. Αποθηκευτικός Χώρος | ≥ 512GB M.2 PCIe NVMe SSD |
| 6. Επιπλέον Storage | Υποστήριξη SATA 3.5" HDD / επιπλέον SSD |
| 7. Κάρτα Γραφικών | ≥ Intel UHD Graphics 730 (ενσωματωμένη) |
| 8. Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| 9. Δίκτυο (LAN) | Gigabit Ethernet RJ- 45 (1Gbps) |
| 10. Ασύρματη Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 6 + Bluetooth |
| 11. Πληκτρολόγιο | Να παραδοθεί |
| 12. Mouse | Να παραδοθεί |
| 13. Εγγύηση | 3 Years |

ΟΘΟΝΗ

1. Διαγώνιος Οθόνης	23.8" (60.47 cm)
2. Τύπος Panel	≥ IPS (In-Plane Switching)
3. Ανάλυση	≥ Full HD 1920 x 1080
4. Ρυθμός Ανανέωσης	≥ Έως 100Hz
5. Χρόνος Απόκρισης	≥ 5 ms (Fast) / 8 ms (Normal)
6. Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m ²
7. Αντίθεση	≥ 1000:1
8. Aspect Ratio	≥ 16:9
9. HDR	NAI
10. Θύρες Εισόδου	≥ HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA
11. Περιβαλλοντικά	≥ ENERGY STAR, TCO Certified
12. Περιεχόμενα Συσκευασίας	Καλώδιο ρεύματος + DisplayPort καλώδιο
13. Εγγύηση	3 Years

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

1. Τύπος Συσκευής	Πολυμηχάνημα Laser (Print / Copy / Scan)
2. Τεχνολογία Εκτύπωσης	Μονόχρωμη Laser
3. Μέγεθος Χαρτιού	A4
4. Ταχύτητα Εκτύπωσης (Μονόχρωμη)	Έως 40 ppm
5. Ανάλυση Εκτύπωσης	Έως 2400 IQ (2400 × 600 dpi), 600 × 600 dpi
6. Μνήμη	512 MB
7. Επεξεργαστής	Dual-Core 1.0 GHz
8. Duty Cycle	Έως 80.000 σελίδες / μήνα
9. Scanner	Flatbed + ADF 50 φύλλων
10. Ανάλυση Σάρωσης	Έως 600 × 600 dpi (οπτική)
11. Ταχύτητα Αντιγραφής	Έως 39 cpm (Μονόχρωμη)
12. Δίσκος Χαρτιού	250 φύλλα + 100 φύλλα Multipurpose (350 συνολικά)
13. Συνδεσιμότητα	USB 2.0, Gigabit Ethernet
14. Οθόνη Έγχρωμη	οθόνη LCD 2,8" αφής
15. Toner	1 cartridge (Black)
16. Εγγύηση	1 έτος

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

1. Τύπος Συσκευής	Εκτυπωτής
2. Τεχνολογία Εκτύπωσης	Laser (Μονόχρωμη)
3. Μέγεθος Χαρτιού	A4
4. Ταχύτητα Εκτύπωσης (Μονόχρωμη) Έως 40 ppm	
5. Ανάλυση Εκτύπωσης	Έως 2400 IQ (2400 × 600 dpi), 600 × 600 dpi
6. First Page Out	~5.9 sec
7. Μνήμη	256 MB
8. Επεξεργαστής	Dual-Core 1.0 GHz
9. Duty Cycle	Έως 80.000 σελίδες / μήνα
10. Δίσκος Χαρτιού	250 φύλλα
11. Οθόνη	LCD 2 γραμμών display
12. Εγγύηση	1 έτος

TABLET

1. Τύπος Συσκευής	Rugged Tablet (ανθεκτικό)
2. Διαγώνιος Οθόνης	11"
3. Ανάλυση Οθόνης	1920 x 1200 (FHD+)
4. Τύπος Panel	IPS
5. Επεξεργαστής	MediaTek Helio G81 (Octa-core έως 2.0GHz)
6. Μνήμη RAM	8GB (με δυνατότητα επέκτασης virtual RAM)
7. Αποθηκευτικός Χώρος	128GB
8. Λειτουργικό Σύστημα	Android 15 (DokeOS)
9. Συνδεσιμότητα	4G LTE, WiFi
10. Bluetooth	Bluetooth 5.0
11. Μπαταρία	10.000 mAh
12. Αντοχή	IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
13. Προστασία Οθόνης	Ενισχυμένο γυαλί (rugged design)
14. Εφαρμογές	Κατάλληλο για field χρήση / τηλεϊατρική
15. Εγγύηση	1 έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1. Να αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη και μηχανοργάνωση των διαδικασιών της Υπηρεσίας Κατ' Οίκον Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

2. Να λειτουργεί ως διαδικτυακή εφαρμογή (web-based) και να παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας SaaS (Software as a Service).
3. Να υποστηρίζει την ηλεκτρονική τήρηση πλήρους φακέλου για κάθε ωφελούμενο/ασθενή και την καταγραφή των πληροφοριών που παράγονται κατά την παροχή των υπηρεσιών.
4. Να διασφαλίζει την ενιαία και ομογενή τήρηση των στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
5. Να υποστηρίζει τη διαχείριση και ενσωμάτωση εγγράφων, εικόνων και λοιπών δεδομένων στην καρτέλα του ασθενή, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που συλλέγονται κατά την κατ' οίκον επίσκεψη.
6. Να υποστηρίζει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση ραντεβού και κατ' οίκον επισκέψεων, καθώς και την προβολή των προγραμματισμένων επισκέψεων ανά ημέρα.
7. Να παρέχει δυνατότητα αποστολής υπενθυμίσεων προς τον ασθενή ή/και τον φροντιστή μέσω μηνύματος ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
8. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης της διεύθυνσης του ασθενή με εφαρμογή πλοήγησης για τη χάραξη διαδρομής προς τον χώρο της κατ' οίκον επίσκεψης.
9. Να υποστηρίζει ηλεκτρονική υπογραφή στα έντυπα και στις διαδικασίες όπου προβλέπεται.
10. Να διαθέτει δυνατότητες τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της Κατ' Οίκον Νοσηλείας.
11. Να υποστηρίζει διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων με το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο.
12. Να βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα και να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα.
13. Να υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, αναφορών και στοιχείων παραγόμενου έργου για την ενημέρωση της Διοίκησης και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.
14. Να χαρακτηρίζεται από υψηλή διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, απόδοση και επεκτασιμότητα.
15. Να διασφαλίζει την πληρότητα, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο πρόσβασης όσο και σε επίπεδο δικτύου, λογισμικού και αποθήκευσης.
16. Να περιλαμβάνει φιλοξενία της πλατφόρμας σε κατάλληλη υποδομή, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης, διορθώσεων, αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης.
17. Να διαθέτει οργανωμένη υπηρεσία υποστήριξης χρηστών μέσω συστήματος καταχώρισης αιτημάτων / Help Desk / Support.
18. Να είναι παραμετροποιήσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες, τα έντυπα και τις διαδικασίες της Υπηρεσίας Κατ' Οίκον Νοσηλείας.
19. Να περιλαμβάνει εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα για τη χρήση του συστήματος και να συνοδεύεται από την απαραίτητη τεκμηρίωση και τα εγχειρίδια χρήσης.

20. Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση, παράδοση και θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία να ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Χατζηγεωργίου Σπυρίδων (Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικής)

Ματσουκατίδης Παναγιώτης (Επιμελητής Α΄ Μαιευτικής Γυναικολογίας)

Φαϊτατζίδης Ανδρέας (Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)